

ДСТУ ISO 9001:2015
(ISO 9001:2015)
№ 80063.СУЯ.048-18
от 15.06.2018г

**ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ПЕРЕНОСНОЙ
ИТП-3-04-RS**

Паспорт

ААЗИ.421451.050-04 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные сведения

Наименование Измеритель температуры переносной ИТП-3-04-RS

Обозначение ААЭИ.421451.050-04

Заводской номер 191118

Дата изготовления 09.2019

Дата продажи 10.2019

Изготовитель ЧАО «ТЭРА»

Украина, 14030 г. Чернигов, ул. Всехсвятская, 7

Тел./ Факс: (0462) 606-740, 606-840, e-mail: info@ao-tera.com.ua

1.2 Назначение

1.2.1 Измеритель температуры переносной ИТП-3-04-RS, (далее по тексту - измеритель ИТП-3-04-RS), предназначен для определения относительной влажности и температуры воздуха с возможностью регистрации результатов измерений.

1.2.2 Измеритель ИТП-3-04-RS позволяет осуществлять следующие функции:

- измерение относительной влажности с помощью внешнего датчика влажности;
- отображение результатов текущих измерений на цифровом индикаторе;
- запись результатов текущих измерений по нажатию кнопки в память;
- запись результатов измерений в автоматическом режиме через заданный интервал времени;
- просмотр записанных результатов измерений;
- поиск и отображение максимального и минимального значений температуры среди записанных результатах измерений;
- задание режимов работы и параметров;
- контроль напряжения батареи питания;
- передачу данных на ПК.

1.2.3 Записанные результаты измерений и калибровочные константы сохраняются при отключении питания в энергонезависимой памяти измерителя ИТП-3-04-RS.

1.2.4 Измеритель ИТП-3-04-RS может быть использован для контроля выполнения различных технологических процессов в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве.

1.2.5 Измеритель ИТП-3-04-RS предназначен для использования в следующих условиях окружающей среды:

- температура воздуха, окружающего корпус от 5 до 40°C;
- атмосферное давление (86...107) кПа;
- относительная влажность воздуха (без конденсации влаги) (30...80) %.

1.3 Основные технические данные

1.3.1 Основные технические данные измерителя ИТП-3-04-RS приведены в руководстве по эксплуатации ААЭИ.421451.050-04 РЭ.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ААЭИ.421451.050-04 - Измеритель ИТП-3-04-RS 1 шт.

ААЭИ.422451.050-04 РЭ - Руководство по эксплуатации 1 экз.

ААЭИ.422451.050-04 ПС - Паспорт 1 экз.

Датчик АБТ-06-НИН-Р-100-100-850 1 шт.

Датчик шт.

Датчик шт.

Датчик шт.

Датчик шт.

Датчик шт.

Датчик шт.

Примечание - РЭ поставляется по одному экземпляру на 10 комплектов.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

3.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие измерителя ИТП-3-04-RS требованиям технических условий ТУ У 33.2-14242882-004:2011, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, изложенных в руководстве по эксплуатации ААЭИ.421451.050-04 РЭ.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации измерителя ИТП-3-04-RS - 18 месяцев с момента изготовления или продажи.

3.3 Срок службы измерителя ИТП-3-04-RS - 8 лет.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель температуры переносной ИТП-3-04-RS изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией (ТУ У 33.2-14242882-004:2011) и признан годным для эксплуатации.

Система управления качеством предприятия сертифицирована и соответствует требованиям ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015). Сертификат зарегистрирован в Реестре Системы сертификации УкрСЕПРО 15.06.2018г. № 80063 СУЯ.048-18.

ТЭРА
ОТК-МП
личная подпись

Начальник ОТК

Гармаш Т.Ф.
расшифровка подписи

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 После окончания срока службы ИТП-3-04-RS подлежит утилизации в соответствии с гигиеническими требованиями по обращению с промышленными отходами и определения их класса безопасности для здоровья населения.